



## NOTA TÉCNICA Nº 004/2011

**Ementa:** *Orientações para coleta e envio de amostras de Líquor para Pesquisa de Meningites Bacterianas*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam materiais para o Lacen/PR, e tendo em vista o seu papel como laboratório de referência em saúde pública, no intuito de garantir a qualidade e fidelidade dos resultados liberados e minimizar a possibilidade de contaminação durante a coleta, envio e processamento, informamos que:

1. O Lacen/PR disponibiliza Kit para Meningite padronizado contendo: 02 frascos estéreis para coleta do líquido: um para uso no laboratório local e outro para envio ao Lacen/PR, 01 frasco de ágar chocolate e caixa porta-lâminas contendo 02 lâminas;
2. O frasco estéril que é encaminhado para o Lacen/PR deverá estar lacrado. Frascos não lacrados não garantem a qualidade e fidelidade dos resultados, portanto não serão aceitos;
3. Para as amostras não-conformes, o laudo será liberado no GAL, como “Exame Não Realizado – Acondicionamento Inadequado”.
4. Só serão aceitas amostras coletadas no Kit para Meningite do Lacen/PR.

Baseados nestas informações e conforme Protocolo da Vigilância Epidemiológica e Lacen/PR sobre Implementação do Diagnóstico Laboratorial de Meningites, principalmente nas Infecções Bacterianas, de 04 de maio de 2009, os procedimentos a serem adotados são:

1. Coletar líquido em 02 frascos estéreis: 01 para o Lacen/PR e 01 para o laboratório local;
2. Coletar líquido em frasco de ágar chocolate;
3. Preparar esfregaço de líquido em lâmina;
4. Enviar para o Lacen/PR em frascos lacrados: 01 frasco estéril com líquido, 01 frasco de ágar chocolate com líquido;
5. Enviar para o Lacen/PR em porta-lâminas: as lâminas.

São José dos Pinhais, 11 de outubro de 2011.

---

Elizabeth El Hajjar Droppa  
Chefe da Divisão dos  
Laboratórios de Epidemiologia  
e Controle de Doenças

---

Christian de Alencar Siebra  
Farmacêutico  
Seção de Bacteriologia/  
Serviço de Meningites

---

Irina N. Riediger  
Farmacêutica  
Seção de Biologia  
Molecular

UNIDADE GUATUPÊ

Rua Sebastiana Santana Fraga, 1001 Bairro Guatupê – São José dos Pinhais CEP 83060-500  
Fone (41) 3299-3200 Fax (41) 3299-3204 e-mail: [diretorialacen@sesa.pr.gov.br](mailto:diretorialacen@sesa.pr.gov.br)