



PARANÁ

GOVERNO
DO ESTADO

SECRETARIA
DA SAÚDE

Controle de Qualidade Tuberculose

- Como preencher o Gal Controle de Qualidade
- Protocolo de Envio de Lâminas
- Relatório das Lâminas enviadas

Lembrete

O envio de lâminas é trimestral

- Janeiro/Fevereiro/Março
- Abril/Maio/Junho
- Julho/Agosto/Setembro
- Outubro/Novembro/Dezembro

Área Restrita



GAL

Gerenciador de Ambiente Laboratorial

Servidor: swebhomolog05.celepar.parana

Versão: 2.7.21

Reg. INPI: 09.382-1

Cliente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64;
rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

"Este Programa encontra-se protegido contra a
utilização não autorizada, conforme preceitua a Lei
nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Laboratório

Usuário: xxxxxx

Senha: ●●●●●●

Módulo: CONTROLE DE QUALI. ▾

Laboratório: AMBIENTAL

ANIMAL

Ent BIOLOGIA MEDICA

CONTROLE DE QUALI. ANALÍTICO

Administrador

Usuário:

Senha:

Entrar

Limpar

Realizando o Sorteio de Lâminas

The screenshot displays a software interface for a laboratory. On the left, a sidebar menu titled 'Laboratório' contains several options: 'Alterar Senha', 'Controle de Qualidade Analítico', 'Entrada', 'Sorteio de Amostras', 'Protocolo de Envio', and 'Triagem'. A light blue arrow points from the left edge of the screen to the 'Sorteio de Amostras' option. The main window is titled 'Controle de Qualidade Analítico :: Sorteio'. At the top of this window, there is a toolbar with icons for 'Sel. Todos', 'Gerar Sorteio', 'Alterar', 'Cancelar', 'Imprimir', and 'Imprimir Etiquetas'. A second light blue arrow points from the bottom center of the screen to the 'Gerar Sorteio' button. Below the toolbar, there is a table with columns: 'Nº Protocolo Env.', 'Agravado', and 'Dt. Solicitação'.

Dados do Protocolo de Envio

Gerar Sorteio

Protocolo de Envio

Dados do protocolo de envio

Agravo: Data da solicitação: Origem da Solicitação:

Dados Amostragem

Exame: Metodologia: Data Início: Data Fim:

Avaliador

Identificação

Unidade de Saúde: Cód. CNES: Município: Cod. IBGE: UF:

Avaliado

Gerar Sorteio

Unidade de Saúde: CENTRO SOCIAL URBANO DE SANT
Cod. CNEC: 2783606 Município: SANTO ANTONI Cod. IBGE: 412410 UF: PARANA

Contato: GEAN Email: geangodoy@sesa.pr.gov.br Telefone: (41)3299-3201


Endereço: XXX Profissional Técnico da Área: XXX Matrícula do Profissional: XXX

Amostras

Relação das Amostras Encaminhadas

+ Gerar Sorteio | ✎ Alterar | - Excluir

Orden	Nº da Amostra	Req. Original	Data Coleta	Mat. Biologico	Mat. Clinico
-------	---------------	---------------	-------------	----------------	--------------



Gerar Sorteio

Cadastrar Amostras

Substituir Amostra

Ordem	Nº Amostra...	Req. Original	Data Coleta	Mat. Biológico	Mat. Clínico	Resultado	Status	Observaç
1	1568216	191933000...	06/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
2	1551557	191933000...	17/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
3	1551552	191933000...	16/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
4	1568211	191933000...	04/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
5	1568222	191933000...	12/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
6	1551542	191933000...	09/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
7	1568217	191933000...	07/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
8	1569714	191933000...	20/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
9	1569713	191933000...	19/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
10	1557805	191933000...	22/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
11	1551558	191933000...	18/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
12	1557804	191933000...	21/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
13	1557811	191933000...	22/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
14	1568212	191933000...	05/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
15	1551538	191933000...	09/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	

Salvar Cancelar Salvar Cancelar



Possibilidade de troca de Lâminas
Motivos : Ausente ou Quebrada
É possível fazer 8 (oito) substituições.

Gerar Sorteio

Relação das Amostras Encaminhadas

Gerar Sorteio | Alterar | Excluir

Ordem	Nº da Amostra	Req. Original	Data Coleta	Mat. Biologico	Mat. Clinico
Total de Amostras: 18					
1	1568216	191933000105	06/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in na
2	1551557	191933000100	17/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in na
3	1551552	191933000099	16/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in na
4	1568211	191933000104	04/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in na
5	1568222	191933000106	12/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in na

Total das Amostras

Examinadas:	Positivas:	Negativas:	Descartadas:	Encaminhadas:
18	1	17	0	18

Salvar Cancelar

Substituir Lâminas

Gerar Sorteio

Gerar Sorteio | Alterar | Excluir


Alterar Amostras

Ordem ▲ Nº da Amostra Rec

Substituir Amostra

Total de Amostras: 18

Ordem	Nº Amostra...	Req. Original	Data Coleta	Mat. Biológico	Mat. Clínico	Resultado	Status	Observaç
1	1568216	191933000...	06/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	
2	1551557	191933000...	17/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em conformidade	
3	1551552	191933000...	16/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Amostra Ausente	
4	1568211	191933000...	04/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Amostra Quebra...	
5	1568222	191933000...	12/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in n...	Ausência de B.A.A.R. na ...	Em Conformidade	



Encaminhar Protocolo para Rede do Gal

Imprimir o Protocolo a ser enviado junto das lâminas

Laboratório

- Alterar Senha
- Controle de Qualidade Analítico
 - Entrada
 - Sorteio de Amostras
 - Protocolo de Envio
 - Triagem**
 - Impressão
 - Consultas
 - Relatórios
 - Formulários e Manuais
 - Notícias
 - Sobre

Controle de Qualidade Analítico :: Triagem

Sel. Todos | Enc. Rede | Ver Detalhe | Imprimir | Imprimir Etiquetas | Consultar Encaminhados

Cód. Barras: **Protocolo**

Protocolo	Avaliado	Avaliador	Exame
201933000001	LAB MUN STO ANTONIO DA PLATINA	LAB CENTRAL DO ESTADO	Tuberculose, Baciloscopia

Protocolo de Envio

A ser impresso e enviado junto das Lâminas

Rede Estadual de Laboratórios
Laboratório Municipal Santo Antônio da Platina
Laboratório Municipal Santo Antônio da Platina
CIIPJ:



Protocolo de Envio Nº Protocolo de Envio 201933000001 Data da Solicitação 01/01/2020	Agravo TUBERCULOSE Origem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Avaliador Unidade de Saúde LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO	Cód. CNES 2795965	Município CURITIBA	Cod. Município 410690
----------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

Avaliado Unidade de Saúde CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA Endereço XXX Profissional de Saúde XXX	Cód. CNES 2783606 Contato GEAN N. Registro/Classe Profissional XXX	Município SANTO ANTONIO DA PLATINA Email geangodoy@sesa.pr.gov.br	Cod. Município 412410 Telefone (41)3299-3201
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Período da Amostragem Data Início 01/10/2019 <u>Total das Amostras:</u> Examinadas 18 Informações Complementares	Data Fim 31/12/2019	Exame Tuberculose, Baciloscopia	Metodologia Coloração de Ziehl-Neelsen
Positivas 1	Negativas 17	Descartadas	Encaminhadas 18

Ordem	Número da Amostra	Número Interno	Data da Coleta	Material Biológico	Material Clínico	Observação
1	1551538		09/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
2	1551542		09/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
3	1551547		10/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
4	1551552		16/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
5	1551557		17/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
6	1551558		18/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
7	1557804		21/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
8	1557805		22/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
9	1557811		22/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
10	1557812		22/10/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
11	1568211		04/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
12	1568212		05/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
13	1568216		06/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
14	1568217		07/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
15	1568222		12/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
16	1568223		13/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
17	1569713		19/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	
18	1569714		20/11/2019	Escarro	IN - Amostra "in natura"	

Relatório de Avaliação que estará disponível no GAL

Rede Estadual de Laboratórios
Laboratório Municipal de Jaguariaíva
Laboratório Municipal de Jaguariaíva

Relatório de Avaliação Nº19032800001

Dados do protocolo de envio

Agravo TUBERCULOSE	Data da Solicitação 05/04/2019	Origem da Solicitação
------------------------------	------------------------------------------	------------------------------

Identificação do Avaliador

Unidade de Saúde LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO	Cód. CNES 2795965	Município CURITIBA	Cód. IBGE 410690	UF PARANA
----------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

Identificação do Avaliado

Unidade de Saúde UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR AMERICO F DE CARVALHO	Cód. CNES 2684225	Município JAGUARIAIVA	Cód. IBGE 411200	UF PARANA
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------

Contato
LUANA ABRÃO COSTA

Email
acluana@gmail.com

Telefone
(43)3535-1421

Endereço
RUA ROCHA POMBO ESQUINA COM JOÃO
PERNETA 100

Profissional Técnico da Área
BIOQUÍMICA

Matrícula do Profissional
16211 - PR

Período da Amostragem

Data Início 01/01/2019	Data Fim 31/03/2019	Exame Tuberculose, Baciloscopia	Metodologia Coloração de Ziehl-Neelsen
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------

Total de Amostras

Examinadas 18	Positivas 0	Negativas 18	Descartadas 0	Encaminhadas 18
-------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

Informações Complementares

Todas as amostras apresentavam predominância de material salivar. Analisadas mesmo assim, apresentando resultado negativo

Avaliação Técnica: Análise Macroscópica e Microscópica

Macroscopia (Esfregaço)	Nº	%	Microscopia (Coloração)	Nº	%
Satisfatório	0	0,00	Satisfatório	10	55,56
Não Homogêneo	11	61,11	Descoloração inadequada	8	44,44
Espesso	0	0,00	Cristais de fucsina	0	0,00
Delgado	7	38,89	Aquecimento Excessivo	0	0,00
Total	18	100,00	Total	18	100,00

Classificação Final da Qualidade dos Esfregaços

27,78% (% de esfregaço satisfatório + % de coloração satisfatória / 2)	Inadequada (Adequada ≥ 80 Inadequada < 80)
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Análise de Concordância

		Avaliador (Laboratório Regional)		
		Positivo	Negativo	Total
Avaliado (Unidade Laboratorial)	Positivo	0	0	0
	Negativo	0	18	18
	Total	0	18	18

Total de Amostras com Discordância não Importante: 0

Nº Lâminas FN	0	% Relativo de FN	0,00%
Nº Lâminas FP	0	% Relativo de FP	0,00%

Cada lâmina verificada terá seu resultado individual

Nível de Concordância	
100,00% (18 / 18 lâminas)	Aprovado (Concordância Ideal: 100%)

Relação de Amostras Encaminhadas

Amostra	Resultado Avaliado	Resultado Avaliador	Análise de Concordância
Ordem: 1 Nº da Amostra: 1407605 Nº Interno: Data da Coleta: 23/01/2019 Material Biológico: Escarro Material Clínico: IN - Amostra "in natura"	Resultado: Ausência de B.A.A.R. na amostra examinada.	Resultado: Ausência de B.A.A.R. na amostra examinada. Macroscópica: Não homogêneo Microscópica: Satisfatório	Concordância: Verdadeiro Negativo

“Somos insignificantes.
Por mais que você *programe*
sua vida, a qualquer
momento tudo pode *mudar*”

- Ayrton Senna

Frases de
PENSADORES.COM.BR

Gean Carlos Godoy de Oliveira
Gerência do Gal

geangodoy@sesa.pr.gov.br

41 3299 3201 - 41 3299 3221